

SEST/GSHST/GRH/PRAC – UFSC

Nº 002/2001

CENTRO: HU - Local: Laboratório de Citogenética

LAUDO PERICIAL para:

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE


| LOCAL DE EXERCÍCIO OU TIPO DE TRABALHO REALIZADO | AGENTE NOCIVO À SAÚDE OU IDENTIFICADOR DO RISCO | GRAU DE AGRESSIVIDADE AO HOMEM | | ADICIONAL A SER CONCEDIDO [%] | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | Tolerância Conhecida/ Tempo | Medição Efetuada/ Tempo | INSALU- BRIDADE | PERICU- LOSIDADE |
| 1. Lab. De Citogenética | Manipulação de sangue / Risco Biológico Trabalho com produtos químicos tais como: Metanol, ácido acético, hidróxido de sódio, dicromato de potássio, xileno / Riscos químicos | Qualitativo | Qualitativa | Grau máximo 20 % | Não há |


MEDIDAS CORRETIVAS - COMENTÁRIOS:

Utilizar a cabine de biossegurança disponível no setor.

Florianópolis, 19 de abril de 2001.

Decreto 97.458 de 15/01/89


Norma Garcia Lopes
Médica do Trabalho
CRM – 3323


Ricardo Luiz Machado
Engenheiro Mecânico
CREA – 48852-0