

COORDENADORIA ESPECIAL DE FARMACOLOGIA  
(FERREIRA LIMA)

CCB

A perícia nesta Coordenadoria foi realizada em 12/10/89 pelo médico Casimiro Pereira Junior e pelo Engº Gerson Leal acompanhados pela Professora Gina Struffaldi Morato e pelo Engº Germano Riffel do SESMT da UFSC.

Os problemas apresentados estão apontados nos quadros anexos. Gostaríamos de salientar que os casos de estoque de inflamáveis são preocupantes principalmente no Laboratório de Toxicologia. As instalações deste Laboratório são precárias e desconfortáveis, devendo ser retirados os inflamáveis para um local mais seguro para evitar problemas maiores.


A exaustão também é precária e ruidosa, causando muito desconforto.

No Almojarifado geral, deve-se manter o mínimo de estoque possível e limitar o acesso de pessoal ao recinto.

As instalações em geral da área são bastante antigas e bastante precárias.

A correção da Iluminação é bastante simples.

LABOR  
ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
E MEDICINA DO TRABALHO




**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identifica- dor do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser con- cedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/ Tempo	Medição Efetuada/ Tempo	In- sal.	Perí- cul.	
Laboratório de Toxicologia	Químicos			20		O uso de máscaras, luvas, exaustão, capela, melhoram as condições diminuem os riscos, mas não eliminam a insalubri- dade em nenhum dos casos apon- tados.
	Hidrocarbo- netos, outros derivados de carbono. Breu, negro de fumo			40		
	Inflamáveis	200 l	+ 300 l		30	O estoque de inflamáveis no La- boratório deve ser reduzido ao mínimo. Deverá ser construído um almoxarifado separado em no- vas instalações.
	Ruído	85 dB/oito horas	90 dB/3 ho- ras			O ruído produzido pelos exaus- tores é bastante incomodo, deve ser diminuído.

LABOR  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO


Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identificador do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser concedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	In-sal.	Pericul.	
Laboratório (ADNIR) de Avaliação de órgãos,	Químico e Biológicos Animais Cobaias			20		Deve-se utilizar máscaras e luvas para manuseio de ácidos, éter, álcool, sicromatos, metanol, etc. Isto diminui o risco de acidente mas não elimina a insalubridade.  Para agentes biológicos, como manipulação com animais e cobaias também recomendamos o uso de luvas e máscaras, mas da mesma forma não elimina a insalubridade.
Labor. de Pressão Arterial ✓	Biológico Animais Cobaias			20		
Laboratório Fisiográfico	Biológico Animais Cobaias			20		
Sala Quimiógrafo,	Hidrocarbonetos e outros componentes de carbono Breu, Negro de fumo			40		
Labor. Experimental	Biológico Animais Cobaias			20		



ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

**LABOR**


Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identificador do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser concedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	In-sal.	Perí-cul.	
Extereotaxia	Biológico Animais Cobaias			20		Para agentes biológicos, como manipulação com animais e cobaias também recomendamos o uso de luvas e máscaras, mas da mesma forma não elimina a insalubridade.
Biotério ✓	Biológico Animais e Cobaias			20		
Labor. de Extração de Plantas	Químicos			20		Deve-se utilizar máscaras e luvas para manuseio de ácidos, éter, álcool, sicromatos, metanol, etc. Isto diminui o risco de acidentes mas não elimina a insalubridade.
Labor. de Experimentos	Químicos			20		
Almoxarifado	Inflamáveis				30	Existe neste Almoxarifado mais de 200 litros de inflamáveis. Se possível, reduzir o volume ao mínimo e as pessoas que tenham acesso.



**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

  
**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO

Local de Exercício ou Tipo de Trabalho Realizado	Agente Nocivo à Saúde ou Identificador do Risco	Grau de Agressividade ao Homem		Adicional a ser concedido (%)		Medidas Corretivas
		Tolerância Conhecida/Tempo	Medição Efetuada/Tempo	In-sal.	Perí-cul.	
Labor. de Inflamação	Biológico Animais Cobaias			20		Para agentes biológicos, como manipulação com animais e cobaias também recomendamos o uso de luvas e máscaras, mas da mesma forma não elimina a insalubridade.
Laboratórios 1 e 2 Preparo de Aulas	Biológico Animais e Cobaias			20		
Depósito de Entulhos						Condições precárias sujeito a desabamento e incêndio, Recomendamos uma boa reforma.
Psicofarmacologia II Labor. Prof. Yara	Iluminação Biológico			20		Corrigir Iluminação. Idem - Biológico



**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

  
**LABOR**  
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
 E MEDICINA DO TRABALHO